



REGIONE CALABRIA  
*Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio - Sanitari*  
*Il Dirigente Generale*

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0123817 del 16/03/2021



Ai Commissari Straordinari  
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della  
Calabria

Alla Commissione Straordinaria  
ASP Catanzaro

e p.c.  
Agli Ordini Provinciali dei Medici  
Chirurghi e Odontoiatri

LORO SEDI

**OGGETTO:** ALLERTA proveniente dal Regno Unito (UK) per outbreak da Burkholderia cepacia complex (Bcc) – trasmissione informazioni

Si inoltra per il seguito di competenza l'allerta trasmessa dal Ministero della Salute, riguardante l'outbreak in corso in UK, causato da Burkholderia cepacia complex (Bcc), contaminante il prodotto **Skintact ultrasonic gel**, ampiamente distribuito tra vari Paesi in tutto il mondo, incluso in Italia.

Si invitano le SSLL a voler attuare le dovute verifiche nei presidi ospedalieri e territoriali circa l'impiego del suddetto gel, con eventuale esame microbiologico finalizzato alla verifica di contaminazione da B. cepacia, fornendo anche ampia informativa a tutte le strutture di riferimento, agli studi dei medici di medicina generale e alle strutture private e convenzionate/accreditate.

Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Francesca Fratto

Il Dirigente Generale Vicario  
Dott. Giacomino Brancati